



CENTER 337

Измеритель освещенности CENTER 337 (люксметр) CENTER TECHNOLOGY CORP.

- Измерение освещенности (Ev/ люкс)
- Максимальное разрешение: 0,01 лк
- Базовая погрешность: $\pm 3\%$
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Функция удержания показаний (Hold)
- ЖК-дисплей: 5 разрядов, индикация превышения предела измерения
- Режим энергосбережения (автовывключение 30 мин)
- Индикация разряда батареи
- Защитная крышка линзы-сенсора

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ	Диапазон	Ev: 0,00...39,99/ 399,9/ 3999/ 39990 лк (люкс)
	Погрешность	$\pm 3\% \pm 5$ ед. мл. разряда
	Разрешение	Ev: 0,01/ 0,1/ 1/ 10 лк (в зависимости от диапазона)
	Температурный дрейф	$\pm 5\% \pm 2$ ед. мл.
	Влажностный дрейф	$\pm 3\% \pm 2$ ед. мл.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК	Тип экрана	ЖК-индикатор (с подсветкой)
	Формат индикации	Три шкалы (по 4 разряда – каждая)
	Время отклика	0,5 с
	Индикация перегрузки	Есть (превышение предела измерения: сообщение «----»)
	Память	20 ячеек
	Тип сенсора	Кремниевый фотоэлемент (со съемной защитной крышкой)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Источник питания	9 В тип «Крона»
	Время работы	Около 170 часов
	Условия эксплуатации	0 °С...40 °С, отн. влажность не более 80 %
	Габаритные размеры	196 x 54 x 33 мм
	Масса	180 г
	Комплект поставки	Источник питания (1), РЭ (1)